

GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

No. 7-1, Jhongsing Road, Tucheng City, Taipei County, 236, Taiwan T (886) 2 2268-0389 F (886) 2 2268-0639 www.gwinstek.com

EC-46MH-xx 恆溫恆濕槽規格

恆溫恆濕槽

項目(單位)				EC-46MHPE	EC-46MHHPE	ЕС-86МНРЕ	ЕС-86МННРЕ	
	溫度範圍			-40°C~+100°C	-40°C~+150°C	-40°C~+100°C	-40°C~+150°C	
	濕度範圍			20~98%RH				
		溫溼度變	變 100℃以下	±0.3°C/±2.5%				
	JTM K09	動	101℃以上	-	±0.5℃	-	±0.5℃	
		温溼度分	〕 100℃以下	3.0°C/10%RH				
		布差異	101℃以上	-	5.0°C	-	5.0°C	
		空間溫潛	至 100℃以下	1.5°C/5%RH				
		度偏差	101℃以上	-	3.0℃	-	3.0℃	
		温度變化速度	上昇	3℃/分	3℃/分	3℃/分	3℃/分	
			t	(-26°C~+86°C)	(-21°C∼+131°C)	(-26°C~+86°C)	(-21°C~+131°C)	
性			下降	3℃/分	3℃/分	3℃/分	3℃/分	
能				(+86°C~-26°C)	(+131°C~-21°C)	(+86°C~-26°C)	(+131°C~-21°C)	
		温度極低到達時間	上昇	30 分以內	40 分以內	30 分以內	40 分以內	
				(20°C~100°C)	(20°C~150°C)	(20°C~100°C)	(20°C~150°C)	
			下降	40 分以內(20℃~40℃)				
	JTM K01	溫溼度變	100℃以下	±0.3°C/±2.5%RH				
		動幅	101℃以上	-	±0.5℃	-	±0.5℃	
		温溼度分	→ 100℃以下	±0.5°C/±3.0%RH		±0.5°C/±5.0%RH		
		布	101℃以上	±0.6°C		±1.0°C		
		溫度上升時間		30 分以內	40 分以內	30 分以內	40 分以內	
				(20°C~100°C)	(20°C~150°C)	(20°C~100°C)	(20°C~150°C)	
		溫度下降時間		40 分以內(20℃~40℃)				
	試駁	槍槽內容積	i尺寸(mm)	408L(寬 630*深 720*高 900)		800L(寬 1000*深 800*高 1000)		
製品尺寸(mm)				寬 1,030*深 1	,090*高 1,695	寬 1,400*深 1	寬 1,400*深 1,170*高 1,795	
	壓縮	<u> </u>	方式	渦旋式+渦旋式+渦旋式				
	型相 (以 出力			0.6W(變頻器控制)+1.1kW		0.6W(變頻器控制)+1.5kW		
		標準裝	備品	觀測窗、電纜孔、室內燈、輪子與調整器、USB 接口				
附屬品				操作說明書、電纜孔用軟塞、電纜孔用樹脂蓋、濕布				
	電氣特性 電源			3 相 200V 50Hz/60Hz · 3 相 220V 60Hz · 3 相 380V 50Hz				
	22W 17		最大負荷電流(A)	21/23/13		37/39/21		
		設備重量	₫(kg)	320/330 525/535			/535	



GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

No. 7-1, Jhongsing Road, Tucheng City, Taipei County, 236, Taiwan T (886) 2 2268-0389 F (886) 2 2268-0639 www.gwinstek.com

EC-46MT-xx 恆溫槽規格

恆溫槽

項目	(單位)			EC-46MTPE	EC-46MTHPE	EC-86MTPE	EC-86MTHPE	
		温度氧	夏	-40°C~+100°C	-40°C~+150°C	-40°C~+100°C	-40°C~+150°C	
性能		溫度變動	100℃以下	±0.3°C				
		<u> </u>	101℃以上	-	±0.5℃	1	±0.5℃	
	JTM K07	溫溼度分布	100℃以下	3.0℃				
		差異	101℃以上	-	5.0℃	-	5.0°C	
		空間溫度偏	100℃以下	1.5℃				
		差	101℃以上	-	3.0℃	-	3.0℃	
		溫度變化速	上昇	3.0℃/分				
		度	下降	3.0℃/分				
		溫度極值到	上昇	30 分以內	40 分以內	30 分以內	40 分以內	
ИБ		達時間		(20°C~100°C)	(20°C~150°C)	(20°C~100°C)	(20°C~150°C)	
		建 的间	下降	40 分以內(20℃~40℃)				
	JTM K01	溫度變動幅	100℃以下	±0.3℃				
		加 及安斯阳	101℃以上	-	±0.5℃	-	±0.5℃	
		溫度分布	100℃以下	±0.5°C		±0.5℃		
		دا الركاسا	101℃以上	±0.6°C		±1.0°C		
		溫度上升時間		30 分以內	40 分以內	30 分以內	40 分以內	
				(20°C~100°C)	(20°C~150°C)	(20°C~100°C)	(20°C~150°C)	
		溫度下降時間		40 分以內(20℃~40℃)				
試驗槽內容積尺寸(mm)				408L(寬 630*深 720*高 900)		800L(寬 1000*深 800*高 1000)		
		製品尺寸(m	m)	寬 1,030*深 1,090*高 1,695		寬 1,400*深 1,170*高 1,795		
	壓縮	機		渦旋式+渦旋式+渦旋式				
	/ = //iii	出	カ	0.6W(變頻器控制)+1.1kW 0.6W(變頻器控制)+1.5kW			控制)+1.5kW	
		標準裝備		觀測窗、電纜孔、室內燈、輪子與調整器、USB 輪子與調整器、USB 接口				
		附屬品		操作說明書、電纜孔用軟塞、電纜孔用樹脂蓋				
電氣特性 電源 電源 最大負荷電流(A)				3 相 200V 50Hz/60Hz · 3 相 220V 60Hz · 3 相 380V 50Hz				
			是大負荷電流(A)	16/18/10		27/29/15		
		設備重量(k	g)	315/325		520/530		